

#1494

2021-04

KTL

Kalibrace snímačů tlaku

- Kalibrace deformačních tlakoměrů.
- Kalibrace převodníků tlaku s unifikovaným výstupním signálem.
- Kalibrace převodníků tlaku s digitální nebo analogovou indikací.
- Nastavení tlakových spínačů.
- Kalibrační laboratoř č. 2362 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025.



Objednávací tabulka

Rozsah		KTL ① ② ③ ④ ○			
1. kód	Popis				
1	od 10 kPa do 70 MPa				
2	do 10 kPa				
9	jiný				
Měřený tlak		KTL ① ② ③ ④ ○			
2. kód	Popis				
A	absolutní tlak				
R	relativní tlak				
D	tlaková diference				uvést hodnotu statického tlaku
Přesnost		KTL ① ② ③ ④ ○			
3. kód	Popis				
1	> 0,6 %				
2	> 0,2 % až ≤ 0,6 %				
3	> 0,05 % až ≤ 0,2 %				
4	≤ 0,05 %				
Druh snímače tlaku		KTL ① ② ③ ④ ○			
4. kód	Popis				
1	deformační tlakoměr				
2	převodník tlaku s unifikovaným výstupním signálem				
3	převodník tlaku s digitální nebo analogovou indikací				
4	tlakový spínač				neakreditovaná činnost
9	jiný				
Volitelné		KTL ① ② ③ ④ ●			
Kód	Popis				
1	seřízení snímače				
2	kalibrace při nestandardní teplotě				
EN	anglická verze kalibračního listu				

Příklad objednávky:

KTL ① ② ③ ④ ○ → KTL 1 R 1 1