

OTL

Ověření snímačů tlaku

- Ověření autorizovaným metrologickým střediskem K145 (AMS).
- Ověření snímačů pro přepočítávače množství plynu.
- Ověření snímačů jako členů měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin.
- Ověření snímačů jako členy měřičů tepla a chladu.
- Ověření převodníků s výstupním signálem 4 až 20 mA a/nebo digitálním signálem (HART).



Objednací tabulka

Druh stanoveného měřidla (SM) OTL ① ○ ②		
1. kód	Popis	Výstup
X01	převodník relativního nebo absolutního tlaku	4 až 20 mA
X02	převodník diferenčního tlak, statický tlak ≤ 1,1 MPa	4 až 20 mA
X03	převodník diferenčního tlak, statický tlak > 1,1 MPa	4 až 20 mA
X11	přezkoušení měřidla dle § 11a zákona 505/1990 Sb.	4 až 20 mA
X99	jiný	

Volitelné OTL ① ● ②		
2. kód	Popis	
1	ověření včetně digitálního signálu (HART)	

Dokument z ověření OTL ① ○ ②		
3. kód	Popis *1	
C	potvrzení o ověření stanoveného měřidla	
D	osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla dle § 11a zákona 505/1990 Sb. + zkušební protokol	

*1 - V případě zamítnutí ověření je automaticky vystaven protokol o zamítnutí ověření.

Příklad objednávky:

OTL ① ○ ②
OTL X01 C