

# OTL

## Ověření snímačů tlaku

- Ověření autorizovaným metrologickým střediskem K145 (AMS).
- Ověření snímačů pro přepočítávače množství plynu.
- Ověření snímačů jako členů měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin.
- Ověření snímačů jako členy měřičů tepla a chladu.
- Ověření převodníků s výstupním signálem 4 až 20 mA a/nebo digitálním signálem (HART).



### Objednávací tabulka

Druh stanoveného měřidla (SM)			OTL ① ○ ②
1. kód	Popis	Výstup	
X01	převodník relativního nebo absolutního tlaku	4 až 20 mA	
X02	převodník diferenčního tlak, statický tlak ≤ 1,1 MPa	4 až 20 mA	
X03	převodník diferenčního tlak, statický tlak > 1,1 MPa	4 až 20 mA	
X11	přezkoušení měřidla dle § 11a zákona 505/1990 Sb.	4 až 20 mA	
X99	jiný		
Volitelné			OTL ① ● ②
2. kód	Popis		
1	ověření včetně digitálního signálu (HART)		
Dokument z ověření			OTL ① ○ ②
3. kód	Popis *1		
C	potvrzení o ověření stanoveného měřidla		
D	osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla dle § 11a zákona 505/1990 Sb. + zkušební protokol		

\*1 - V případě zamítnutí ověření je automaticky vystaven protokol o zamítnutí ověření.

Příklad objednávky:

**OTL ① ○ ②**  
**OTL X01 C**