#1279 2021-04

G 1610

Měřič koncentrace rozpuštěného kyslíku v kapalinách

- **Sada digitálního ručního přístroje vč. elektrody GWO 5610.**
- **Měřicí rozsah: koncentrace O_2 0,0 až 20,0 ppm; nasycení O_2 0 až 200 %; teplota 0 až 40,0 °C.**
- **Přesnost: koncentrace O_2 ±1,5% z MH ±0,2 ppm; nasycení O_2 ±1,5% z MH ±2 %; teplota ±0,3 °C.**
- **Provozní tlak sondy max. 3 bar (~30 m H_2O).**
- **Automatická teplotní kompenzace, manuálně lze zadat tlak vzduchu a salinitu.**
- **Funkce HOLD, MIN/MAX.**
- **Velký 3řádkový LCD s nerozbitným krytem, lze podsvítit a tlačítkem překlopit.**
- **Ovládání pomocí čtyř tlačítek s dlouhou životností.**
- **Napájení bateriemi 2× AA vydrží až 3 000 h provozu.**
- **Odolné pouzdro z ABS, IP 65 / IP 67.**

Objednací tabulka

Měřič rozpuštěného kyslíku vč. elektrody GWO 5610

Obj. kód	Popis
G 1610	s kabelem 2 m
G 1610–4	s kabelem 4 m

Volitelné příslušenství

Obj. kód	Popis
GWOK 02	náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO 5610
KOH 100	náhradní elektrolyt KOH, láhev 100 ml
GSKA 3600	ochranná hlava z PVC pro hloubková měření
GSKA 3610	ochranná hlava z bronzu pro použití ve velkých hloubkách
GCAL 3610	kalibrační láhev pro elektrody rozpuštěného kyslíku s Ø 12 mm
ST–G1000	ochranné pouzdro pro řadu G 1000 z umělé kůže, 1 univerzální otvor, kovový klip na opasek
GB AA	náhradní baterie Mignon (AA) 1,5 V (jsou zapotřebí 2 kusy)
GKK 1002	malý transportní kufr pro řadu G 1000
GKK 1003	transportní kufr pro 2 ks přístroje série G 1000 a 2 kalibrační roztoky

Příklad objednávky:
G 1610