

D2610L

Ponorné sondy k měření výšky hladiny s komunikací LHP

- Měření výšky hladiny kapalin, kalů, suspenzí a emulzí.
- Nastavitelný rozsah 1 až 160 m vodního sloupce.
- Přesnost 0,2 % pro rozsah min 2 mH₂O.
- Průměr sondy 27 mm.
- Pro média slučitelná s nerezovou ocelí 1.4301, 1.4435 a materiály PUR a Viton (FKM).
- Snadné čištění oddělovací membrány.
- Kompenzace vlivu atmosférického tlaku.
- Stupeň krytí IP 68.



Objednací tabulka

Ponorná sonda k měření výšky hladiny s komunikací LHP			D2610L 1 2 3 4 5 6					
Základní rozsah			D2610L 1 2 3 4 5 6					
1. kód	Rozsah	Přetížitelnost						
L210	nastavitelný od 0...9,807 kPa (1 mH ₂ O) do 0...98,07 kPa (10 mH ₂ O)	150 kPa						
L240	nastavitelný od 0...98,07 kPa (10 mH ₂ O) do 0...392,28 kPa (40 mH ₂ O)	600 kPa						
L316	nastavitelný od 0...392,28 kPa (40 mH ₂ O) do 0...1,569 MPa (160 mH ₂ O)	2,4 MPa						
Těsnění			D2610L 1 2 3 4 5 6					
2. kód	Těsnění							
1	Viton (FKM)							
9	jiné							
Přesnost			D2610L 1 2 3 4 5 6					
3. kód	Přesnost							
P02	0,2%	pro rozsahy min. 2 mH ₂ O						
P01	0,1%	pro rozsahy min. 2 mH ₂ O						
Výstupní signál			D2610L 1 2 3 4 5 6					
4. kód	Výstupní signál							
CR	4 až 20 mA, 2-vodič							
Délka kabelu			D2610L 1 2 3 4 5 6					
5. kód	Délka kabelu							
KN4()	uvedte délku v m							

Požadavek na SW nastavení D2610L ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

6. kód	Popis
NR	tovární nastavení, max. meze základního rozsahu, tlumení 0,1 s a ECH
QR	nastavení sondy dle následujících parametrů

SW nastavení (pouze pro kód QR) D2610L ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

7.1. kód	Rozsah
RL(____ m)	počátek rozsahu 4 mA zadejte hodnotu v m
RH(____ m)	konec rozsahu 20 mA zadejte hodnotu v m
7.2. kód	Tlumení
DP(__ s)	tlumení výstupu zadejte hodnotu v s
7.3. kód	Signalizace chyby
ECL	chybový proud při signalizaci chyby menší než 3,6 mA
ECH	chybový proud při signalizaci chyby větší než 21 mA

Volitelné příslušenství

Kód	Popis
D2610L-DRŽÁK-001	Držák závěsný z nerezové oceli pro ponorný snímač hladiny

Příklad objednávky:
D2610L ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
↓
D2610L L210 1 P02 CR KN4(15 m) NR

